Kit de Auto Detect Aptima (sistema Panther™)

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Uso previsto

El kit de Auto Detect Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther.

Materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit de Auto Detect Aptima (núm. de catálogo 303013)

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo)

Símbolo	Componente	Cantidad
R1	Auto Detect 1 Aptima	1 x 245 mL
	Solución acuosa con peróxido de hidrógeno al 0,1% y ácido nítrico 0,001 N.	
R2	Auto Detect 2 Aptima	1 x 245 mL
	Hidróxido de sodio 1,6 N.	

Advertencias y precauciones

A. Evite el contacto de Auto Detect 1 y Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las mucosas. Si estos fluidos entran en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de estos fluidos, diluya el derrame con agua antes de secarlo.

B. Tome las precauciones habituales del laboratorio.

Requisitos de almacenamiento y manipulación

A. Almacene el kit de Auto Detect Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.

B. Los fluidos deben estar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C antes de utilizarse. Una vez abiertos, los fluidos son estables durante 60 días.

C. Si se ha formado precipitado, caliente los fluidos a una temperatura entre 37 °C y 60 °C para facilitar la disolución del precipitado. Enfríe los fluidos a temperatura ambiente y mézclelos a fondo antes de utilizarlos.

D. No los utilice después de la fecha de vencimiento.

Procedimiento

Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el *Panther System Operator's Manual* (Manual del usuario del sistema Panther).

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haya
Países Bajos

Asistencia al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customerservice@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.
Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

©2001–2014 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502180ES Rev. 001
2014-11